

*Projekt „Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie” POWR.03.01.00-00-T179/18*

Załącznik 2 do zapytania

Oznaczenie sprawy: KRPVIII.261.1.2019

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/MAX. TERMINY DOSTAWY	PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	<p>Precyzyjny 3-osiowy monitor wydatku kalorycznego z paskiem mocującym</p> <p><b>Termin dostawy 30 dni</b></p>	<p>Urządzenie musi posiadać funkcje i parametry w zakresie: sensor oświetlenia otoczenia, wodoodporność do 1 m, na min. 30 min. Wymiary min. 3.6 x 3.0 x 1.0cm, Waga min. 15g max. 20 g, częstotliwość próbkowania 30-100 Hz, żywotność baterii min 20 dni, pojemność do 120 dn / 2GB, zakres dynamiczny (podstawowy akcelerometr) min. 8G, kontrola czasu noszenia, analizowanie dziennej aktywności fizycznej, podstawowa analiza snu, możliwość monitorowania tętna, podstawowe wykresy, wykres pomiarów inklinometrycznych, porównanie danych, komunikacja USB, Bluetooth Smart, współdziałanie z innymi czujnikami (np. Polar), kompatybilny z oprogramowaniem na urządzenia mobilne analizującym wszystkie uzyskane parametry, Data Vault Access Lokalizacja czujnika: nadgarstek, biodro, kostka, udo Mierzone parametry - co najmniej w zakresie: akcelerometria (G), licznik aktywności, wydatek energetyczny, wskaźnik MET's, ilość kroków, intensywność wysiłku fizycznego, czas aktywności, czas braku aktywności, interwały tętna R-R (Heart Rate R-R Intervals), Pozycja ciała, Latencja snu, całkowity czas snu, wydajność snu, czuwanie wtrącone, otoczenie zewnętrzne <b>GWARANCJA MIN. 12 MIESIĘCY</b></p>
2.	<p>Kompatybilne oprogramowanie min. 1 licencja pełna oraz min. 5 wersji LITE wraz z licencją na kolejne lata użytkowania (2020 i 2021)</p>	<p>Cechy oprogramowania - funkcjonalność co najmniej w zakresie posiadania: interfejs USB, format przechowywanych danych: ASCII, makro Excel, programowalny start/stop. Głównym zadaniem oprogramowania powinna być możliwość analizy danych z aparatów</p>

*Projekt „Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie” POWR.03.01.00-00-T179/18*

	<b>Termin dostawy 30 dni</b>	pomiarowych wg. 3 osi, dzienny wykres aktywności, wydatek godzinowy, całodzienny, określenie poziomu aktywności fizycznej w poszczególnych minutach, wraz z kcal, wartość dzienna, szczytowa.  <b>GWARANCJA MIN. 12 MIESIĘCY</b>
3.	Kompatybilna stacja dokująca  <b>Termin dostawy 30 dni.</b>	Cechy produktu: stacja dokująca pozwalająca na ładowanie jednego lub kilku urządzeń równocześnie  <b>GWARANCJA MIN. 12 MIESIĘCY</b>

**Uwaga! Do sprzętu dla każdej z pozycji, należy dołączyć Instrukcję obsługi w języku polskim.**